DENTALTECH

Scheda Tecnica **T-BASE**

T-base per le linee Ø 3.25, Ø 3.75 e FTZ



DENTALTECH

Scheda Tecnica **T-BASE** T-base per le linee Ø3.25, Ø3.75, FTZ

T-base Linea Implantare Ø3.25

*REF. VFX325

REF	Altezza	Ingaggio
BST325	H. 0,5	⬡
BST3210	H. 1	⬡
BST3220	H. 2	⬡
BSR325	H.0,5	◯
BSR3210	H.1	◯
BSR3220	H. 2	◯



T-base SIRONA Ø3.25 Implant Line

*REF. VFX325

REF	Altezza	Ingaggio
PSS325	H. 0,5	⬡
PSS3210	H. 1	⬡
PSS3220	H. 2	⬡
PSS325R	H.0,5	◯
PSS3210R	H.1	◯
PSS3220R	H. 2	◯



Abbinamento con
Scan Body SIRONA SMALL

T-base Linea Implantare Ø3.75

*REF. VFX375

REF	Altezza	Ingaggio
BST375	H. 0,5	⬡
BST3710	H. 1	⬡
BST3720	H. 2	⬡
BSR375	H.0,5	◯
BSR3710	H.1	◯
BSR3720	H. 2	◯



T-base SIRONA Linea Implantare Ø3.75

*REF. VFX375

REF	Altezza	Ingaggio
PSS375	H. 0,5	⬡
PSS3710	H. 1	⬡
PSS3720	H. 2	⬡
PSS375R	H.0,5	◯
PSS3710R	H.1	◯
PSS3720R	H. 2	◯



Abbinamento con
Scan Body SIRONA SMALL

DENTALTECH Scheda Tecnica **T-BASE** T-base per le linee Ø3.25, Ø3.75, FTZ

T-base Linea Implantare FTZ

*REF.020022

REF	Altezza	Ingaggio
BSTHX35	H. 0,5	⬡
BSTHX37	H. 1	⬡
BSTHX39	H. 2	⬡
BSRHX36	H.0,5	○
BSRHX38	H.1	○
BSRHX40	H. 2	○



T-base SIRONA FTZ Implant Line

*REF.020022

REF	Altezza	Ingaggio
ZBS1053	H. 0,5	⬡
ZBS1054	H. 1	⬡
ZBS1055	H. 2	⬡
ZBS1056	H.0,5	○
ZBS1057	H.1	○
ZBS1058	H. 2	○



Abbinamento con
Scan Body SIRONA SMALL

Materiale: Ti5
Torque adapter: 20 Ncm
REF TW0001

***Vite protesica:**
inclusa nella confezione e disponibile come ricambio (2 pz)

Simboli e legenda

- ⬡ **Non Rotante**
- ○ **Rotante**
- **Hex 1.27**
- **Esalobato**
- 20 Ncm **Torque indicato**

DENTALTECH
Via G.Di Vittorio 10/12
20826 Misinto (MB) - Italia
ph +39 02 96720218
dentaltechitalia.com
info@dental-tech.it